

JIS Z-8801 - 2000

目開き mm 基準寸法	線径 mm 基準寸法	網の 織り方	参考メッシュ 目数/インチ	目開き μm 基準寸法	線径 μm 基準寸法	網の 織り方	参考メッシュ 目数/インチ
125	8.00	F		850	500	P	18
106	6.30	F		710	450	P	22
90.0	6.30	F		600	400	P	26
75.0	6.30	F		500	315	P	30
63.0	5.60	F		425	280	P	36
53.0	5.00	F		355	224	P	42
45.0	4.50	F		300	200	P	50
37.5	4.50	F		250	160	P	60
31.5	4.00	F		212	140	P	70
26.5	3.55	F		180	125	P	83
22.4	3.55	F		★ 160	112	P	93
19.0	3.15	F		150	100	P	100
16.0	3.15	F		125	90	P	120
13.2	2.80	F		106	71	P	140
11.2	2.50	F		★ 100	71	P	150
9.50	2.24	F		90	63	P	160
8.00	2.00	F		75	50	P	200
6.70	1.80	F		63	45	P	235
5.60	1.60	F	3.5	53	36	P	280
◎ 5.00	1.60	P	3.85	45	32	T	330
4.75	1.60	F	4.0	38	30	T	390
4.00	1.40	F	4.7	32	28	T	440
3.35	1.25	P	5.5	25	25	T	508
◎ 3.00	1.20	P	6.0	20	20	T	635
2.80	1.12	P	6.5	蓋 と 受 皿			
2.36	1.00	P	7.5	中間受皿・二重張りふるい			
2.00	0.90	P	8.6	内側半田処理ふるい			
1.70	0.80	P	10	検定付ふるい（当社検定）			
1.40	0.71	P	12	織り方 F：フラットトップ P：平織 T：あや織 ★印は ISO規格に準拠し、JIS において使用可の物 ◎印は JIS Z-8801 規格外			
1.18	0.63	P	14				
1.00	0.56	P	16				

※ 試験ふるいには JIS 規格外で 100, 250, 400, 500mmφ のふるいがあります。

※ 75mmφ ふるいには深さ 45mm のふるいもあります。

※ JIS 規格外で樹脂製枠、ナイロン製網のニューテストイングシブがあります。網の種類が多くあり目の精度もステンレス製と同等以上の精度で検査しております。

取 扱 店

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸 1-1-31

☎ 03(3845)2011(代) FAX 03(3842)5852